

ATTESTATION DE CONFORMITE TECHNIQUE

N° ESC 14-017

Demandeur : ASKLE SANTE

Groupe WINNCARE
200 rue Charles Tellier
Actiparc de Grézan
30004 Nimes Cedex 1

Le(s) produit(s) ci-dessous référencé(s):

**Matelas Alova multiportance
VMA64HIP/VMA64HIP3/VMA64HIPH
(Equivalent VMAST2)**

équipé(s) de : ou constitué(s) de :

Partie supérieure en mousse de polyuréthane Viscoélastique "ALOVA"

Partie inférieure en mousse de polyuréthane Haute Résilience (HR)

Protégé(s) par

Housse intégrale en PROMUST PU - Référence THIP/MA62 ou VHIP/CL78

Housse intégrale en PROMUST PUHD - Référence VMA/ST/MUST

Selon le protocole de la commission d'Evaluation des Produits et Prestations relatifs aux coussins, matelas et surmatelas d'aides à la prévention des escarres suivant l'avis du 22 décembre 2009.

suivant les observations et résultats d'essais consignés dans le(s) rapport(s) d'essais FCBA:

Pour les tests matériaux : n° M367130709, M367130710, P112418 - DE/2, M367130711, M367140646, M367140660, M367140661, P131570 DE/1, M367140662, M367140659, M367140654, M367140637, M367140640, M367140641, M367140642, M36714643, M367140638, M367140639, M367140645, M367140644

Pour les tests feu : n° 367140655, 367140656

Pour les mesures de répartition de pression : n° M367140655, M367140656, M367140658

Toute modification majeure apportée au produit présenté et testé entraîne la nullité de la présente ATTESTATION DE CONFORMITE. Les modifications éventuelles doivent être notifiées par écrit dans les plus brefs délais au LABORATOIRE ESSAIS & MESURES du FCBA qui décidera de la suite à donner.

La présente ATTESTATION DE CONFORMITE ne concerne que le(s) produit(s) soumis à l'examen par le demandeur. Elle ne peut en aucun cas caractériser une constance de qualité de fabrication. Le FCBA ne peut s'assurer ni garantir que le produit n'a fait l'objet d'aucune modification et qu'il demeure fabriqué et commercialisé sous les caractéristiques d'origine.

Paris, le 6 Novembre 2014

Suivi du dossier

Responsable de section



10, avenue de Saint-Mandé
75012 Paris
Tél. : +33 (0)1 40 19 49 19
Fax : +33 (0)1 43 40 85 65
www.fcba.fr